

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: PZ/41/2018/II+/EX

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Przedmiot zamówienia	Liczba [j.m.]	Specyfikacja techniczna
1	Czujnik próżni	2 szt.	<u>WYMAGANIA:</u> Czujnik w przetworniku próżni z włóknem platynowym / rodowym do zastosowań korozyjnych w zakresie 1000 - 0,0001 mbar