



Gdańsk, dnia 09 września 2020 r.

Nr postępowania: PZ/33/2020/EP2/EX

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w projekcie „e-Pionier – wsparcie inwestorów w branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).

Excento Sp. z o.o informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy dzień opóźnienia ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar umownych na 0,2%.

Pytanie 2:

Dotyczy zestaw 2 – pipety laboratoryjne, 1 x wirówka laboratoryjna, kompatybilna z probówkami typu eppendorf.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę, której wysokość z otwartą pokrywą wynosi 44 cm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuści wirówkę, której wysokość wraz z otwartą pokrywą wynosi 44cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów niezmiennych"

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część zapytania ofertowego oraz jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZATWIERDZAM:
Piotr Markowski
Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia